

東 華 醫 院 設 備 採 購 規 格 審 查 表

採購案號	DH-HTS114115-PI-0050		
標的品名 (填入分項品名)	「身體組成分析儀租賃案」採購案		
報價廠商名稱			
審 核 項 目	投標品名、廠牌、型號、產地	審核結果	
需求數量：五套，租賃期間 5 個月。		☐ 合 格	
壹、 詳細規格及功能說明： 1. 量測模式：八點觸感式電極量測方法，直接分段量測。 2. 量測頻率：生物電阻抗分析法，同時多頻生物電阻抗量測。 3. 生物電阻抗分析法量測項：以 3 種不同頻率於五大肢段(右臂 / 左 臂 / 軀幹 / 右腿 / 左腿) 4. 直接列印報告分析參數：體重及體質量指數、體脂肪重 (kg)、體脂肪率(%)、部位別肌肉量及各自評估、部位別脂肪 量、脂肪率及各自評估、身體總水重、蛋白質重、礦物質 重、骨骼肌重、SMI 指數、全身相位角、腰臀圍比、脂肪及 肌肉控制 (kg)及基礎代謝率 (kcal) 等資料。		☐ 不 合 格 理 由	

5. 提供 APP 可在不同機型間互通資料,可設定增肌減脂目標提供營養指南與運動指南。
6. 主機可儲存達 10 萬筆資料。
7. 儀器重量：14 公斤或以下。
8. 可提供 16 項以上活動選項，依據個體體重提供各項活動之單位能量消耗，並準以之計算每日熱量攝取建議量。
9. 7 吋彩色 LCD 液晶觸控式顯示器
10. 含：1. 專用報告紙-A4 尺寸 2. 專用印表機-黑白列印,可雙面列印,USB 介面

貳、 其他注意事項

1. 身體組成分析儀(所有設備軟硬體等資訊設備)：五套
2. 得標廠商需負責所有機器安裝、工程所產生之費用。為有效確認儀器安裝之可行性與適用性，如有涉及履約場所設備、工程環境安裝...等需求（如電源電壓、給排水、配線、設備長*寬*高度…等），廠商應於開標前攜帶設備相關之給排水、電源電壓、氣體管路壓力等型錄資料並預先於 3 天前與工務組聯

繫，並會同工務組至使用單位現場辦理評估，若於得標後產生驗收不合格問題，需由廠商提供專業意見與改善方案，並由廠商全額支付辦理改善相關費用。			
<u>證明文件：</u> <u>衛生署或衛福部核發之醫療器材許可證明文件</u> <u>醫療器材販賣許可執照影本</u>			☐ 合格 ☐ 不合格 理由
審 核 結 果			☐ 合格 ☐ 不合格
廠 商 簽 章 (公司大小章)		審 核 人 簽 章	

- 註：
- 1、 本表採購分項案號、標的品名及報價廠商名稱、投標品名廠牌、型號，醫療器材許可證字號由投標廠商於投標前填寫
 - 2、 審查結果廠商簽章由廠商用印後投標。
 - 3、 審核結果俟開標時由需求(請購)單位審標後填寫並簽章。