

東 華 醫 院

健康台灣深耕計畫

公開取得報價單／企劃書公告

一、 本院資訊

本院名稱：	東華醫院
本院地址：	557 南投縣竹山鎮集山路三段 272 巷 16 號
聯 絡 人：	深耕計畫採購小組
聯絡電話：	0912852592
電子信箱：	dhhtspg@gmail.com

二、 採購案基本資料

採購案名：	東華醫院
採購性質：	☐ 工程 ☒ 財物租賃 ☐ 勞務
採購方式：	公開取得報價單／企劃書

三、 採購標的內容

標的說明：	身體組成分析儀租賃案
標的案號：	DH-HTS114115-PI-0050
規格／數量：	需求數量：五套，租賃期間 5 個月。 壹、 詳細規格及功能說明： 1. 量測模式：八點觸感式電極量測方法，直接分段量測。 2. 量測頻率：生物電阻抗分析法，同時多頻生物電阻抗量測。 3. 生物電阻抗分析法量測項：以 3 種不同頻率於五大肢段(右臂 / 左 臂 / 軀幹 / 右腿 / 左腿)

	4. 直接列印報告分析參數：體重及體質量指數、體脂肪重 (kg)、體脂肪率(%)、部位別肌肉量及各自評估、部位別脂肪 量、脂肪率及各自評估、身體總水重、蛋白質重、礦物質 重、骨骼肌重、SMI 指數、全身相位角、腰臀圍比、脂肪及 肌肉控制 (kg)及基礎代謝率 (kcal) 等資料。 5. 提供 APP 可在不同機型間互通資料,可設定增肌減脂目標提供營養指南與運動指南。 6. 主機可儲存達 10 萬筆資料。 7. 儀器重量：14 公斤或以下。 8. 可提供 16 項以上活動選項，依據個體體重提供各項活動 之單位能量消耗，並準以之計算每日熱量攝取建議量。 9. 7 吋彩色 LCD 液晶觸控式顯示器 10. 含：1. 專用報告紙-A4 尺寸 2. 專用印表機-黑白列印,可雙面列印,USB 介面 貳、 其他注意事項 1. 身體組成分析儀(所有設備軟硬體等資訊設備)：五套 2. 得標廠商需負責所有機器安裝、工程所產生之費用。為有效確認儀器安裝之可行性與適用性，如有涉及履約場所設備、工程環境安裝...等需求（如電源電壓、給排水、配線、設備長*寬*高度...等），廠商應於開標前攜帶設備相關之給排水、電源電壓、氣體管路壓力等型錄資料並預先於 3 天前與工務組聯繫，並會同工務組至使用單位現場辦理評估，若於得標後產生驗收不合格問題，需由廠商提供專業意見與改善方案，並由廠商全額支付辦理改善相關費用。
配合事項：	(1) 送達至醫院指定地點。 (2) 須提供操作手冊乙份含電子檔。 (3) 提供人員教育訓練課程至少 4 小時

需完成日期：	訂約後日曆日 15 日內。
--------	---------------

四、投標廠商基本資格

合法登記：	依法登記立案且具有辦理與本案相關項目之公司、行號及其他經政府立案設立許可法人、機構及團體，備公司登記證明文件、商業登記證明文件或政府立案證明文件、最近一期完稅及信用證明。
法規要求：	無政府採購法第 103 條情事
相關證件：	衛生署或衛福部核發之醫療器材許可證明文件
其他資格：	醫療器材販賣許可執照影本

五、廠商應檢附資料

☒ 投標廠商文件審查表

☒ 規格審查表

☒ 報價單

☒ 企劃書或型錄

☒ 公司登記證

☒ 財務資料(401 申報書或其他最近一期納稅資料、非拒絕往來戶或最近三年內無退票記錄之金融機構證明文件)

☐ 履約能力證明

☒ 其他：衛生署或衛福部核發之醫療器材許可證明文件、醫療器材販賣許可執照影本

六、投標方式與期限

投標方式：☒ 郵寄 ☐ 親送 ☐ Email

提交地點：557922 竹山郵局第 95 號信箱

截止時間：115 年 08 月 11 日

七、 其他注意事項

1. 投標疑義請於截止日前提出
2. 本院保留採否決標權

公告日期

中華民國 115 年 08 月 05 日